

Gestionnaire de patients LATITUDE™ - Rapport Quick Notes

Rapport créé : 25 févr. 2026

Date de naissance :
Appareil : **VISIONIST CRT-P U225/712790**
Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**
Critères de recherche :

Dernière transmission du dispositif : **21 févr. 2026 18:47 CET**
Dernière interrogation au cabinet : **01 oct. 2025**
Date d'implantation : **03 juin 2019**
Groupe de patients : **BRADY_CHU de Bordeaux (Principal)**
Age, Gender: ,

Mes alertes

Il n'y a aucune alerte à afficher.

Événements depuis la dernière mise à jour (05 févr. 2025)

21 févr. 2026 16:58 TVNS à 267 min⁻¹
21 févr. 2026 16:25 RTA à 119 min⁻¹, Fréq. V moy. en RTA : 123 min⁻¹
Voir la dernière page pour une liste complète des événements depuis la dernière remise à zéro.

Batterie OK

Temps approx. avant explantation : **5 ans** du 21 févr. 2026

Fréquence sous aimant 100 min⁻¹

Une année restante

Explantation

Sondes	Implantation (03 juin 2019)	Mesure en consultation la plus récente (01 oct. 2025)	Mesure quotidienne la plus récente (21 févr. 2026)
● Atriale			
Amplitude intrinsèque	N.R.	5,6 mV	6,7 mV
Impédance de stimulation	N.R.	771 Ω	689 Ω
Seuil de stimulation	N.R.	4,0 V @ 0,4 ms	N.R.
■ Ventriculaire droit			
Amplitude intrinsèque	N.R.	8,2 mV	9,3 mV
Impédance de stimulation	N.R.	418 Ω	397 Ω
Seuil de stimulation	N.R.	Auto 1,0 V @ 0,4 ms	0,9 V @ 0,4 ms
◆ Ventriculaire gauche			
Amplitude intrinsèque	N.R.	7,1 mV	6,0 mV
Impédance de stimulation	N.R.	589 Ω	474 Ω
Seuil de stimulation	N.R.	1,0 V @ 0,4 ms	N.R.

Compteurs Brady/CRT	Depuis dernière RAZ 05 févr. 2025
Atriale	6 % stimulé
Ventriculaire droit	100 % stimulé
Ventriculaire gauche	0 % stimulé

Compteurs d'arythmie atriale	Depuis dernière RAZ 05 févr. 2025
% TA/FA (1 an de données)	<1

U225 Version du micrologiciel : F_v1.00.00(3.10)
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Page 1 de 2

Signature du médecinSign

Paramètres				
Tachycardie ventriculaire				
Enregistrement EGM Tachy Ventriculaire			Marche	
Fréquence de détection			200 min ⁻¹ (300 ms)	
Tachycardie atriale				
Com. mode RTA	220 min ⁻¹	VDI	Amplitude de stimulation	
Brady/CRT			● Atriale	
Mode		DDD	■ Ventriculaire droit	
Fréquence minimum		45 min ⁻¹	◆ Ventriculaire gauche	
Fréquence maximum de suivi		185 min ⁻¹	Sensibilité	
Délai AV stimulé	120 - 180 ms		● Atriale	
Délai AV détecté	80 - 120 ms		■ Ventriculaire droit	
Période réfractaire A (PRAPV)	150 - 150 ms		◆ Ventriculaire gauche	
Période réfractaire VD (PRVD)	160 - 250 ms		Configuration sondes (stim./détec.)	
Période réfractaire VG (PRVG)	250 ms		● Atriale	
Cavité de stim. ventri.	VD uniq.		■ Ventriculaire droit	
			◆ Ventriculaire gauche	
			Fréquence de stimulation adaptable	
			Ventilation Minute	 Inactivé
			Accéléromètre	Passif

Tous les évènements depuis la dernière remise à zéro (05 févr. 2025)	
21 févr. 2026 16:58	TVNS à 267 min ⁻¹
21 févr. 2026 16:25	RTA à 119 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 123 min ⁻¹
21 févr. 2026 15:53	RTA à 140 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 111 min ⁻¹
21 févr. 2026 01:14	VD auto
16 févr. 2026 13:48	RTA à 226 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 278 min ⁻¹
16 févr. 2026 13:48	 TV (V>A) à 288 min ⁻¹
15 févr. 2026 23:49	RTA à 129 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 131 min ⁻¹
13 févr. 2026 04:15	VD auto
07 févr. 2026 17:29	RTA à 161 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 156 min ⁻¹
05 févr. 2026 07:15	VD auto
03 févr. 2026 21:43	RTA à 141 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 104 min ⁻¹
03 févr. 2026 21:36	RTA à 121 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 86 min ⁻¹
29 janv. 2026 07:15	VD auto
27 janv. 2026 08:12	RTA à 101 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 82 min ⁻¹
26 janv. 2026 16:14	VD auto
25 janv. 2026 21:45	RTA à 171 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 134 min ⁻¹
Total événem.: 1 TV (V>A), 1 TVNS, 9 RTA	



Date de naissance : 2005
Appareil : VISIONIST CRT-P U225/712790
Centre : CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI
Critères de recherche :

Dernière transmission du dispositif : **21 févr. 2026 18:47 CET**
 Dernière interrogation au cabinet : **01 oct. 2025**
 Date d'implantation : **03 juin 2019**
 Groupe de patients : **BRADY_CHU de Bordeaux (Principal)**
 Age, Gender: ,

V-2: 21 févr. 2026 16:58, TVNS, Fréquence A : 241 min⁻¹, Fréquence V : 267 min⁻¹

Détail

TVNS Début évènement.


Fréq. A moy. 241 min⁻¹Fréq. V moy. 267 min⁻¹

Fin de l'événement


00:00:17

EGM affiché à 25 mm par seconde







■ VD




- A





■ VD





V-EpsdEnd



V-1: 16 févr. 2026 13:48, TV (V>A), Fréquence A : 382 min⁻¹, Fréquence V : 288 min⁻¹

Détail

TV (V>A) Début événem.		
Fréq. A moy.	382 min ⁻¹	
Fréq. V moy.	288 min ⁻¹	
Fin de l'événement		00:00:21

