

Gestionnaire de patients LATITUDE™ - Rapport Quick Notes

Rapport créé : 30 mars 2026

08-37

Date de naissance :

Appareil : **AUTOGEN CRT-D G173/108895**

Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**

Critères de recherche :

Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **10 nov. 2021 03:48 CET**

Dernière interrogation au cabinet : **29 mai 2018**

Date d'implantation : **04 nov. 2015**

Groupe de patients : **TACHY_LIBOURNE (Principal)**

Age, Gender: ,

Mes alertes

10 nov. 2021 02:33

Stimulation bi-ventriculaire < 85%. La stimulation était de 76% entre 09 nov. 2021 08:10 et 10 nov. 2021 02:33.

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.

Événements depuis la dernière mise à jour (04 nov. 2015)

09 nov. 2021 20:58

VG auto

09 nov. 2021 20:56

VD auto

Voir la dernière page pour une liste complète des événements depuis la dernière remise à zéro.

Batterie

Temps approx. avant explantation : **5.5 ans** du 10 nov. 2021

Dernier reformatage

14 oct. 2021 14:57

Durée de charge

11,7 s

Une année restante

Explantation

Sondes	Implantation (04 nov. 2015)	Mesure en consultation la plus récente (04 mars 2016)	Mesure quotidienne la plus récente (09 nov. 2021)
Atriale			
Amplitude intrinsèque	1,0 mV	1,0 mV	0,4 mV (08 nov. 2021)
Impédance de stimulation	750 Ω	678 Ω (04 nov. 2015)	638 Ω (08 nov. 2021)
Seuil de stimulation	0,8 V @ 0,5 ms	1,0 V @ 0,4 ms	N.R.
Ventriculaire droit			
Amplitude intrinsèque	14,0 mV	12,4 mV (04 nov. 2015)	N.R. (08 nov. 2021)
Impédance de stimulation	600 Ω	493 Ω (04 nov. 2015)	490 Ω (08 nov. 2021)
Seuil de stimulation	0,6 V @ 0,5 ms	Auto 0,6 V @ 0,4 ms (04 nov. 2015)	0,7 V @ 0,4 ms (08 nov. 2021)
Ventriculaire gauche			
Amplitude intrinsèque	22,0 mV	20,1 mV (04 nov. 2015)	N.R. (08 nov. 2021)
Impédance de stimulation	1100 Ω	947 Ω (04 nov. 2015)	874 Ω (08 nov. 2021)
Seuil de stimulation	1,0 V @ 0,5 ms	Auto 1,1 V @ 0,4 ms (04 nov. 2015)	1,2 V @ 0,4 ms (08 nov. 2021)
Choc			
Impédance de choc	N.R.	43 Ω (04 nov. 2015)	50 Ω (08 nov. 2021)

Compteurs Brady/CRT	Depuis dernière RAZ 04 nov. 2015
Atriale	2 % stimulé
Ventriculaire droit	96 % stimulé
Ventriculaire gauche	96 % stimulé

Compteurs d'arythmie atriale	Depuis dernière RAZ 04 nov. 2015
% TA/FA (1 an de données)	<1

G173 Version du micrologiciel : E_v1.02.00(2.01)
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Page 1 de 3

Signature du médecin

Paramètres				
Tachycardie ventriculaire				
FV	220 min ⁻¹	ATP	41 J, 41 J, 41 Jx6	
TV	170 min ⁻¹	Surveillance seule		
Tachycardie atriale			Amplitude de stimulation	
Com. mode RTA	170 min ⁻¹	DDI	 Atriale	2,0 V @ 0,4 ms
Brady/CRT		DDD	 Ventriculaire droit	Auto 2,0 V @ 0,4 ms
Mode			 Ventriculaire gauche	Auto 2,2 V @ 0,4 ms
Fréquence minimum		55 min ⁻¹	Sensibilité	
Fréquence maximum de suivi		130 min ⁻¹	 Atriale	CAG 0,25 mV
Délai AV stimulé		120 - 160 ms	 Ventriculaire droit	CAG 0,4 mV
Délai AV détecté		90 - 120 ms	 Ventriculaire gauche	CAG 1,0 mV
Période réfractaire A (PRAPV)		240 - 280 ms	Configuration sondes (stim./détec.)	
Période réfractaire VD (PRVD)		230 - 250 ms	 Atriale	Bipolaire
Période réfractaire VG (PRVG)		250 ms	 Ventriculaire droit	Bipolaire
Cavité de stim. ventri.		BiV	 Ventriculaire gauche	VGdist»VGprox
Correction VG		0 ms	Fréquence de stimulation adaptable	
Ventilation Minute				Passif
Accéléromètre				Passif

Tous les évènements depuis la dernière remise à zéro (04 nov. 2015)	
09 nov. 2021 20:58	VG auto
09 nov. 2021 20:56	VD auto
19 sept. 2021 05:56	VG auto
19 sept. 2021 05:54	VD auto
14 sept. 2021 20:58	VG auto
14 sept. 2021 20:56	VD auto
07 sept. 2021 21:54	VG auto
07 sept. 2021 21:53	VD auto
05 sept. 2021 05:55	VG auto
05 sept. 2021 05:53	VD auto
23 mars 2021 09:11	TVNS à 185 min ⁻¹ , Non soutenus
23 mars 2021 09:10	TVNS à 182 min ⁻¹ , Non soutenus
15 mars 2021 03:24	RTA à 58 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 68 min ⁻¹
18 févr. 2021 19:38	RTA à 203 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 111 min ⁻¹
23 nov. 2020 09:21	TRE à 130 min ⁻¹
23 nov. 2020 09:21	TRE à 130 min ⁻¹
23 nov. 2020 09:20	TRE à 130 min ⁻¹
22 nov. 2020 09:39	TRE à 130 min ⁻¹
20 nov. 2020 07:55	TRE à 130 min ⁻¹
14 sept. 2020 07:51	TVNS à 201 min ⁻¹ , Non soutenus
12 juil. 2020 18:52	RTA à 79 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 80 min ⁻¹
05 avr. 2020 23:00	TVNS à 178 min ⁻¹ , Non soutenus
12 févr. 2020 17:13	RTA à 52 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 74 min ⁻¹
31 janv. 2020 22:18	TVNS à 180 min ⁻¹ , Non soutenus
09 janv. 2020 02:18	RTA à 366 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 93 min ⁻¹
09 janv. 2020 02:18	RTA à 157 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 120 min ⁻¹
07 déc. 2019 06:30	RTA à 55 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 62 min ⁻¹
12 nov. 2019 00:17	RTA à 64 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 68 min ⁻¹
12 oct. 2019 13:48	TVNS à 200 min ⁻¹ , Non soutenus
04 août 2019 15:53	RTA à 83 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 85 min ⁻¹
22 janv. 2019 21:48	RTA à 198 min ⁻¹ , Fréq. V moy. en RTA : 94 min ⁻¹
09 mai 2018 08:33	TVNS à 185 min ⁻¹ , Non soutenus
14 août 2017 14:07	TV à 154 min ⁻¹ , Pas de traitement
08 juin 2017 14:17	TV à 165 min ⁻¹ , Pas de traitement
07 juin 2017 13:19	TVNS à 167 min ⁻¹ , Non soutenus
02 mai 2017 11:04	TVNS à 182 min ⁻¹ , Non soutenus
12 déc. 2016 12:07	TVNS à 169 min ⁻¹ , Non soutenus

28 août 2016 08:54	TV à 167 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:51	TV à 145 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:16	TV à 167 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:09	TV à 199 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:07	TV à 180 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:05	TV à 153 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:02	TV à 165 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 18:01	TV à 171 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 17:59	TV à 167 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 17:58	TV à 165 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 17:56	TV à 189 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 17:54	TV à 158 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 17:52	TV à 179 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 17:03	TV à 162 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 16:54	TV à 167 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 16:53	TV à 176 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 16:52	TV à 154 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 16:45	TV à 170 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 15:54	TV à 171 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 15:53	TV à 174 min ⁻¹ , Pas de traitement
26 août 2016 15:53	TV à 181 min ⁻¹ , Pas de traitement
04 mars 2016 21:20	TV à 186 min ⁻¹ , Pas de traitement
29 janv. 2016 11:14	FV à 250 min ⁻¹ , Pas de traitement
Total événem.: 22 Aucun traitement programmé, 103 TVNS, 7 Autre non traité, 184 RTA	



08-37

Date de naissance :
 Appareil : **AUTOGEN CRT-D G173/108895**
 Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**
 Critères de recherche :
 Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**


Dernière transmission du dispositif : **10 nov. 2021 03:48 CET**
 Dernière interrogation au cabinet : **29 mai 2018**
 Date d'implantation : **04 nov. 2015**
 Groupe de patients : **TACHY_LIBOURNE (Principal)**
 Age, Gender : ,

EGM temps réel (10 nov. 2021)

EGM affiché à 25 mm par seconde









08-37

Date de naissance :
Appareil : **AUTOGEN CRT-D G173/108895**
Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**
Critères de recherche :
Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **10 nov. 2021 03:48 CET**
Dernière interrogation au cabinet : **29 mai 2018**
Date d'implantation : **04 nov. 2015**
Groupe de patients : **TACHY_LIBOURNE (Principal)**
Age, Gender: ,

Mes alertes


10 nov. 2021 02:33




Stimulation bi-ventriculaire < 85%. La stimulation était de 76% entre 09 nov. 2021 08:10 et 10 nov. 2021 02:33.

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.

Graphiques





Batterie OK

Temps approx. avant explantation : 5.5 ans du 10 nov. 2021

Date	Fréquence respiratoire (min ⁻¹)	Taux d'activité (heure(s))	AP Scan™ (événem./h)	Charge TA/FA (heure(s); événements)	Fréquence cardiaque moyenne (min ⁻¹)	Variabilité de fréquence cardiaque (SDANN) (ms)
09 nov. 2021	18	0,8	23	0,0; 0	N.R.	N.R.
08 nov. 2021	18	0,7	23	0,0; 0	N.R.	N.R.
07 nov. 2021	17	0,7	28	0,0; 0	N.R.	N.R.
06 nov. 2021	18	0,9	28	0,0; 0	72	87
05 nov. 2021	18	0,8	22	0,0; 0	N.R.	N.R.
04 nov. 2021	18	0,6	26	0,0; 0	N.R.	N.R.
03 nov. 2021	18	0,7	33	0,0; 0	N.R.	N.R.
02 nov. 2021	18	0,7	32	0,0; 0	N.R.	N.R.
01 nov. 2021	17	0,8	18	0,0; 0	N.R.	N.R.
31 oct. 2021	18	0,6	21	0,0; 0	N.R.	N.R.
30 oct. 2021	17	0,7	35	0,0; 0	N.R.	N.R.
29 oct. 2021	18	0,6	41	0,0; 0	N.R.	N.R.
28 oct. 2021	17	0,8	36	0,0; 0	N.R.	N.R.
27 oct. 2021	17	0,9	39	0,0; 0	N.R.	N.R.
26 oct. 2021	17	0,7	44	0,0; 0	N.R.	N.R.
25 oct. 2021	17	1,0	28	0,0; 0	N.R.	N.R.
24 oct. 2021	17	0,8	28	0,0; 0	N.R.	N.R.
23 oct. 2021	17	1,2	21	0,0; 0	N.R.	N.R.
22 oct. 2021	17	0,9	24	0,0; 0	N.R.	N.R.
21 oct. 2021	17	0,7	36	0,0; 0	N.R.	N.R.
20 oct. 2021	18	0,7	42	0,0; 0	N.R.	N.R.
19 oct. 2021	18	0,7	36	0,0; 0	N.R.	N.R.
18 oct. 2021	18	0,7	31	0,0; 0	N.R.	N.R.
17 oct. 2021	18	0,9	30	0,0; 0	N.R.	N.R.
16 oct. 2021	18	0,8	30	0,0; 0	N.R.	N.R.
15 oct. 2021	18	0,8	35	0,0; 0	N.R.	N.R.
14 oct. 2021	18	0,9	35	0,0; 0	N.R.	N.R.
13 oct. 2021	18	0,9	27	0,0; 0	N.R.	N.R.
12 oct. 2021	18	0,8	35	0,0; 0	N.R.	N.R.
11 oct. 2021	19	0,7	26	0,0; 0	N.R.	N.R.