

Gestionnaire de patients LATITUDE™ - Rapport Quick Notes

Rapport créé : 25 nov. 2025

Boston Scientific

1542

Date de naissance :

Appareil : **RESONATE X4 CRT-D G447/349201**

Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**

Critères de recherche :

Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **10 oct. 2025 03:21 CEST**

Dernière interrogation au cabinet : **21 mai 2025**

Date d'implantation : **07 févr. 2025**

Groupe de patients : **TACHY_CHU de Bordeaux (Principal)**

Age, Gender: **70,**

Mes alertes

09 oct. 2025 07:57

Seuil automatique ventriculaire gauche détecté comme étant > à l'amplitude programmée ou suspendu.

09 oct. 2025 07:57

Seuil automatique ventriculaire droit détecté comme > à l'amplitude programmée ou interrompu.

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.

Événements depuis la dernière mise à jour (21 mai 2025)

07 oct. 2025 20:59

OD auto

05 oct. 2025 05:06

OD auto

Voir la dernière page pour une liste complète des événements depuis la dernière remise à zéro.

Batterie

Temps approx. avant explantation : **11 ans** du 10 oct. 2025

Dernier reformatage

29 mai 2025 07:57

Une année restante

Durée de charge

9,7 s

Explantation

Sondes	Implantation (07 févr. 2025)	Mesure en consultation la plus récente (21 mai 2025)	Mesure quotidienne la plus récente (08 oct. 2025)
● Atriale			
Amplitude intrinsèque	N.R.	2,0 mV	3,3 mV
Impédance de stimulation	N.R.	506 Ω	512 Ω
Seuil de stimulation	N.R.	Auto 0,7 V @ 0,4 ms	N.R.
■ Ventriculaire droit			
Amplitude intrinsèque	N.R.	N.R.	>25,0 mV
Impédance de stimulation	N.R.	537 Ω	522 Ω
Seuil de stimulation	N.R.	0,6 V @ 0,4 ms	N.R.
◆ Ventriculaire gauche			
Amplitude intrinsèque	N.R.	N.R.	>25,0 mV
Impédance de stimulation (aVG)	N.R.	890 Ω	882 Ω
Impédance de stimulation (bVG)		503 Ω	
Seuil de stimulation	N.R.	0,5 V @ 0,4 ms	N.R.
Choc			
Impédance de choc	N.R.	60 Ω	53 Ω

Compteurs Brady/CRT	Depuis dernière RAZ 21 mai 2025
Atriale	33 % stimulé
Ventriculaire droit	97 % stimulé
Ventriculaire gauche (aVG)	97 % stimulé
Ventriculaire gauche (bVG)	0 % stimulé

Compteurs d'arythmie atriale	Depuis dernière RAZ 21 mai 2025
% TA/FA	0

G447 Version du micrologiciel : H_v1.00.00(1.01)
©2025 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.

Page 1 de 2

Signature du médecin

Paramètres

Tachycardie ventriculaire				
FV	230 min ⁻¹	ATP		41 J, 41 J, 41 Jx6
TV	185 min ⁻¹	Balayer	Arrêt ATP2	41 J, 41 J, 41 Jx4
TV-1	150 min ⁻¹	Surveillance seule		
Tachycardie atriale		Amplitude de stimulation		
Com. mode RTA	170 min ⁻¹	DDI	● Atriale	Tendance 2,0 V @ 0,4 ms
Brady/CRT				
Mode		DDD	■ Ventriculaire droit	Auto 5,0 V @ 0,4 ms
Fréquence minimum		50 min ⁻¹	◆ Ventriculaire gauche (aVG)	Auto 5,0 V @ 0,4 ms
Fréquence maximum de suivi		130 min ⁻¹	◆ Ventriculaire gauche (bVG)	Arrêt
Délai AV stimulé	120 - 150 ms	Sensibilité		
Délai AV détecté	95 - 120 ms		● Atriale	CAG 0,25 mV
Période réfractaire A (PRAPV)	240 - 280 ms		■ Ventriculaire droit	CAG 0,6 mV
Période réfractaire VD (PRVD)	230 - 250 ms		◆ Ventriculaire gauche	CAG 1,0 mV
Période réfractaire VG (PRVG)	250 ms	Configuration sondes (stim./détec.)		
Cavité de stim. ventri.	BiV		● Atriale	Bipolaire
Correction VG	0 ms		■ Ventriculaire droit	Bipolaire
			◆ aVG (stimulation)	VGdist1>>VGprox2
			◆ bVG (stimulation)	Arrêt
			◆ VG (détection)	VGdist1>>VGprox2
		Fréquence de stimulation adaptable		
		Ventilation Minute		Passif
		Accéléromètre		Passif
		Stimulation multisite VG		
		Séquence de stimulation		Arrêt

Tous les évènements depuis la dernière remise à zéro (21 mai 2025)

07 oct. 2025 20:59	OD auto
05 oct. 2025 05:06	OD auto
05 oct. 2025 05:05	VG auto
05 oct. 2025 04:58	VD auto
11 août 2025 02:08	OD auto
11 août 2025 02:07	VG auto
11 août 2025 01:59	VD auto
21 mai 2025 17:06	OD auto
21 mai 2025 17:05	VG auto
21 mai 2025 16:58	VD auto





1542

Date de naissance :
Appareil : **RESONATE X4 CRT-D**
G447/349201
Centre : **CHU Haut Leveque Bordeaux HOPI**
Critères de recherche :
Mode Tachy : **Surveill. + Trait.**

Dernière transmission du dispositif : **10 oct. 2025 03:21 CEST**
Dernière interrogation au cabinet : **21 mai 2025**
Date d'implantation : **07 févr. 2025**
Groupe de patients : **TACHY_CHU de Bordeaux (Principal)**
Age, Gender : **70,**


EGM temps réel (10 oct. 2025)

EGM affiché à 25 mm par seconde









Seuil automatique ventriculaire droit détecté comme > à l'amplitude programmée ou interrompu.

Pour l'assistance technique, veuillez composer le 1-800-CARDIAC (Amérique) ou contacter votre représentant Boston Scientific local.

01 mai 2025	01 juin 2025	01 juil. 2025	01 août 2025	01 sept. 2025	01 oct. 2025
-------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------


Impédance thoracique

Fréquence respiratoire

Fréquence cardiaque la nuit

Dormir en position inclinée

Taux d'activité



évenem./h

heure(s)

N.R.
N.R.

Max
Moyenne

70

18

ms

Temps approx. avant explantation : **11 ans** du 10 oct. 2025

Données numériques									
Date	Impédance thoracique (Ω)	Fréquence respiratoire (min ⁻¹)	Fréquence cardiaque la nuit (min ⁻¹)	Dormir en position inclinée (degrés)	Taux d'activité (heure(s))	AP Scan™ (événem./h)	Charge TA/FA (heure(s); événements)	Fréquence VD durant la TA/FA (max; moyenne) (min ⁻¹)	Fréquence cardiaque moyenne (min ⁻¹)
09 oct. 2025	34,5	22,3	71	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
08 oct. 2025	34,7	21,8	71	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
07 oct. 2025	34,6	21,0	70	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	70
06 oct. 2025	36,1	16,5	70	N.R.	1,0	61	0,0; 0	N.R.; N.R.	62
05 oct. 2025	36,9	16,8	53	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	55
04 oct. 2025	37,0	15,0	52	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	53
03 oct. 2025	36,6	15,0	52	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	55
02 oct. 2025	36,7	14,8	53	N.R.	1,0	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	56
01 oct. 2025	35,6	14,8	52	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	55
30 sept. 2025	33,4	14,8	52	N.R.	1,1	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	54
29 sept. 2025	32,8	16,3	52	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	53
28 sept. 2025	33,9	18,0	51	N.R.	0,6	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	53
27 sept. 2025	34,4	15,3	51	N.R.	1,3	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	54
26 sept. 2025	32,7	15,5	51	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	53
25 sept. 2025	35,9	15,8	51	N.R.	1,0	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
24 sept. 2025	36,8	16,3	51	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
23 sept. 2025	36,6	16,3	51	N.R.	0,8	35	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
22 sept. 2025	36,7	13,8	52	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
21 sept. 2025	36,9	14,8	52	N.R.	0,7	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	53
20 sept. 2025	37,6	14,5	52	N.R.	1,2	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	55
19 sept. 2025	37,6	16,0	52	N.R.	1,2	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	54
18 sept. 2025	37,2	16,0	51	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	53
17 sept. 2025	38,1	14,8	51	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
16 sept. 2025	37,3	14,3	51	N.R.	1,0	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
15 sept. 2025	38,6	14,3	51	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
14 sept. 2025	38,0	13,8	51	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	51
13 sept. 2025	38,2	14,5	52	N.R.	0,9	46	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
12 sept. 2025	39,3	14,8	51	N.R.	1,3	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
11 sept. 2025	38,7	15,3	51	N.R.	0,8	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	52
10 sept. 2025	38,2	14,0	51	N.R.	0,9	N.R.	0,0; 0	N.R.; N.R.	51

Date	% Stimulation VG (%)	Variabilité de fréquence cardiaque (SDANN) (ms)
09 oct. 2025	18	N.R.
08 oct. 2025	17	N.R.
07 oct. 2025	22	N.R.
06 oct. 2025	60	N.R.
05 oct. 2025	100	49
04 oct. 2025	100	45
03 oct. 2025	99	59
02 oct. 2025	100	60
01 oct. 2025	99	56
30 sept. 2025	99	59
29 sept. 2025	100	N.R.
28 sept. 2025	100	N.R.
27 sept. 2025	100	N.R.
26 sept. 2025	99	N.R.
25 sept. 2025	100	N.R.
24 sept. 2025	100	N.R.
23 sept. 2025	100	N.R.
22 sept. 2025	100	N.R.
21 sept. 2025	100	39
20 sept. 2025	100	56
19 sept. 2025	100	54
18 sept. 2025	100	49
17 sept. 2025	100	N.R.
16 sept. 2025	100	N.R.
15 sept. 2025	100	N.R.
14 sept. 2025	100	N.R.
13 sept. 2025	100	N.R.
12 sept. 2025	100	N.R.
11 sept. 2025	100	N.R.
10 sept. 2025	100	N.R.